

EASY CLICK MD FOOT ABDUCTION BAR

Múnla EZCLKMD Beag agus Rialta

Tásca le haghaidh Úsáide:

Tar éis do chos do pháiste a cheartú, cuireann cosc ar fhuadach chos Easy Click cosc ar athiompaíthe tríd an chos a choinneáil sa suíomh ceartaithe.

NÓTA: Ná cuir an brace seo i bhfeidhm ar chos neamhcheartaithe. Ní cheartaíonn an brace cam reilige, ní choinníonn sé ach an ceartú a bhaintear amach le Modh cóireála Ponseti (modh a úsáideann sraith de theilgte sraitheach chun cam reilige a cheartú de réir a chéile).

Treoracha Úsáide:

Ba chóir an Easy Click Bar a chaitheamh 23 uair sa lá ar feadh na chéad 3 mhí agus ansin san oíche agus snaps ar feadh 2 go 4 bliana. Tá bracing ríthábhachtach chun ceartú cam reilige a choinneáil. Mura gcaitear an brace mar a fhorordaítear, tá ráta atarlú beagnach 100 faoin gcéad ann.

Rabhaidh agus réamhchúraimí:

Ná húsáid Loctite ná táirgí eile de chineál superglue riamh ar na scriúna san Easy Click. Imoibríonn an superglue / Loctite leis an plaisteach polacarbonáit agus cuirfidh sé an plaisteach ag lagú agus ag briseadh.

An Easy Click Bar a Bhunú

Leithead an bharra a shocrú:

Ba chóir an Easy Click Bar a shocrú ionas go mbeidh leithead an bharra cothrom le leithead ghualainn an linbh. Tomhais leithead ghualainn an linbh ón ghualainn chlé seachtrach go dtí an ghualainn dheis sheachtrach. Coigeartaigh fad an Easy Click Bar ionas go mbeidh fad an bharra cothrom le do thomhas leithead ghualainn ó shála lár an phláta chlé go lár sála an phláta chos dheas. Is fearr an barra a bheith beagán níos leithne ná leithead an ghualainn seachas a bheith ró-chúng. Tá sé míchompordach don leanbh má tá fad an bharra ró-chúng.

Ag baint úsáide as an eochair heics a chuirtear ar fáil sa phacáiste, scaoil na scriúna ceann heicse ar an gclampar lár agus sleamhnaigh leithead na barraí ar oscailt go dtí go mbeidh siad comhoiriúnach le leithead ghualainn an linbh. Nuair atá an leithead ceart, déan an scriú / na scriúna ceann heics a aisghabháil chun na barraí a ghlasaíl go daingean ina n-áit.

An rothlú seachtrach a shocrú:

Ba chóir an chos nó an cam reilige atá buailte a shocrú ag 60 céim de rothlú seachtrach, níor cheart an taobh ar bith a bhfuil tionchar air a shocrú ag 30 céim nó rothlú seachtrach. Maidir le cam reilige déthaobhach ba chóir an dá chos a shocrú go 60 céim. Ba cheart go mbeadh uillinn an uainíochta sheachtraigh comhoiriúnach le méid an uainíochta sheachtraigh a baineadh amach sa teilgte deireanach. Mar shampla, mura raibh an dochtúir in ann an chos a raibh tionchar air a cheartú go 50 céim ansin ba chóir an brace a shocrú go 50 céim.

Scaoil na scriúna ceann heicse atá le fáil ar fhoircinn an bharra agus rothlaigh na gearrthóga gasta amach go dtí go dtéann an pointeoir ar an mbonn dubh suas leis an socrú céime ceart ar bhun an ghearrthóg thapa. Déan na scriúna heics a aisghabháil chun glasaíl san uillinn atá ag teastáil ó rothlú seachtrach.

Ag gabháil leis an AFO:

Nuair a bheidh uillinn an uainíochta sheachtraigh socraithe, sleamhnaigh an píosa dubh ar a bhfuil an lipéad "PUSH" isteach sa chainéal cuasaithe ar bhun an AFO. Déanfaidh an píosa ar a bhfuil an lipéad "PUSH" an AFO a ghlasáil agus a ghlasáil. Chun an AFO a bhaint de, brúigh go daingean ar an gcuid atá lipéadaithe "PUSH" agus é ag tarraingt siar ar an mbarra go dtí go sleamhnaíonn sé saor ón gcainéal. I gcónaí, cuir bróga an pháiste ar dtús agus ansin sleamhnaigh ansin ar an Easy Click Bar.